Date:
May 9th, 2016

Product:
CS 7600

Document Reference #:
TN 246-CS7600-SP8-FR

Distribution:
Internal
External

Contact:
Nir Dafna

Nir.Dafna@carestream.com

Système d'imagerie intra-orale à plaques CS 7600

CS 7600 Image Acquisition V1.0 Rev 8.0



Informations générales

Ces Actualités techniques ont pour objectif d'informer le personnel de la sortie de la version v1.0 Rev 8.0 du logiciel Image Acquisition.

Veuillez également consulter les documents suivants :

- CS 7600_Guide d'utilisation (8J4071_fr)_Ed05
- CS 7600_Guide d'installation (8J6395_fr)_Ed03
- Téléchargement du logiciel disponible ici

Remarque : *la version v1.0 Rev 8.0 du logiciel CS 7600 Image Acquisition a été intégrée pour la première fois au processus de fabrication le 4 mai 2016, à compter du numéro de série EECA001 pour le CS 7600.*

Vue d'ensemble

CS 7600 Image Acquisition V1.0 Rev 8.0 intègre les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Prise en charge de Windows 10
- Prise en charge de CS Imaging

Prise en charge de Windows 10

Le nouveau logiciel CS 7600 Image Acquisition prend en charge le système d'exploitation Windows 10 64 bits.

Prise en charge de CS Imaging

Le nouveau logiciel CS 7600 Image Acquisition prend en charge CS Imaging.

Améliorations

L'indicateur de l'indice d'exposition a été amélioré afin d'afficher plus précisément l'exposition en cours.

Sous-exposition	Bonne exposition	Bonne exposition	Surexposition
			

© CarestreamHealth, 2016

Liste des bugs corrigés

Le bug suivant a été corrigé dans cette version :
L'image numérisée est transférée au patient sélectionné précédemment lorsque l'utilisateur passe rapidement d'un patient à l'autre dans la liste des patients.

Tableau de compatibilité logicielle du CS 7600

Pour obtenir des résultats optimaux, tous les postes de travail reliés au réseau doivent être mis à jour avec la dernière version des Dental Imaging Software System et CS 7600 Image Acquisition, comme indiqué dans la matrice de compatibilité du logiciel présentée ci-dessous.

Version CD	CS 7600 Image Acquisition	Version du scanner	Version de DIS	CS Imaging Version
V1.0 Rev.8	1.0.8.0	1.7	DIS 6.14.7.3	1.15.1
v1.0 Rev.7	1.0.7.12	1.61	DIS 6.14.7.3	
v1.0 Rev.6	1.0.6.2	1.61	DIS 6.14.0.6-E	
v1.0 Rev.5b (SP5b)	1.0.5.3	1.531	DIS 6.13.0.23	
v1.0 Rev.5 (SP5)	1.0.5.3	1.510	DIS 6.13.0.23	
v1.0 Rev.4a (SP4a)	1.0.4.9	1.492	DIS 6.13.0.23	
v1.0 Rev.4 (SP4)	1.0.4.9	1.491	DIS 6.13	
v1.0 Rev.3 (SP3)		1.36	KDIS 6.12.26.0	
v1.0 Rev.2a (SP2a)		1.30	KDIS 6.12.23.0.A	
v1.0 Rev.2 (SP2)		1.29	KDIS 6.12.23.0.A	
v1.0 Rev.1 (SP1)		1.14	KDIS 6.12.21.0.A	

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Nir Dafna

Dental CR Nir.Dafna@carestream.com

Ou rendez-vous sur www.carestreamdental.fr

© CarestreamHealth, 2016