

Nouveaux Sites indexés par Internet sur le Dongle.

Dans la procédure MiseAJour2.4.8.6 sur2.0.3.&, je vous explique comment conserver le Site du client.
Mais 3Shape a changé le système et créé un N° de Site en relation avec le Dongle. Le tout est stocké dans une base de données. Le but est de pouvoir faire plus tard les faire les mises à jour par l'Autoupdate, on sera obligé progressivement de s'y adapter.




Si vous voulez faire cette modification voici comment procéder prudemment :

Commencez par sauvegarder dans C:\Program Files\3Shape\Dental System Control Panel les fichiers : DentalSystemsSettigs.3ml, Manufacturers.3ml, Materials.xml.



Copiez les dans un Backup C:\Program Files\3Shape\Dental SystemControl Panel\BackupXML\SiteClient_09xxxx




Le cas échéant vous pourrez toujours les réinstaller.


Ouvrez le Control Panel

Vider les 3 corbeilles.
En bas des colonnes Site, Matériaux et Procédé de fabrication.


Ne négligez pas cette opération…

Enregistrez










Connectez-vous sur Internet


Retournez sur Site, cliquez sur l'obtenir du serveur ou à gauche Importer à partir du serveur.




Un nouveau site avec le N° du Dongle est créé…




Désactivez l’ancien fabricant dans procédés de fabrication.



Et supprimez-le dans site. Car il ne sert plus à rien…



Si en enregistrant le Control Panel vous tombez sur ce message :



C’est que vous n’avez pas vidé les corbeilles avant cliquez sur l’obtenir du serveur !


Dans Dental Designer :

Dans le panneau de commande
le fabricant sera maintenant le N° du Dongle



En ré-ouvrant d'anciennes modélisations vous pourrez tomber sur les 2 messages suivants :





Cliquez 2 fois sur OK